

ПАСПОРТ

НА УКАЗАТЕЛЬ ЖИДКОГО
КИСЛОРОДА ИЛИ АЗОТА УЖК-6

УКАЗАТЕЛЬ ЖИДКОГО КИСЛОРОДА ИЛИ АЗОТА УЖК-6

ПАСПОРТ

УЖК-6 ПС

на изделие № 1122189

19 82

Линия отреза при поставке на экспорт

75 5728 0027 08

служба

Код ОКП

ПАСПОРТ

Указатель жидкого кислорода
или азота

УЖК-6 ПС

УЖК-6
№ 1122189

19 82

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Характеристика
1	2
1. Диапазон рабочих температур, °C	от +50 до минус 45
2. Диапазон измерения: кислорода, кг азота, кг	от 0 до 8000 от 0 до 5700
3. Допустимая погрешность показаний	не превышает величин, указанных в таблице 1
4. Вариация показаний при нормальной температуре	не превышает величин допустимой погрешности
5. Герметичность корпуса при одновременном создании в корпусе и в чувствительном элементе давления, равного 2,5 кгс/см ² , спадание давления в течение 5 минут, кгс/см ² , не более	0,02
6. Перегрузочное давление в течение 5 минут, кгс/см ²	0,5

Перечень примененных драгоценных материалов

Марка (наименование)	Масса, г	Номер акта на изъятие
ПСр-40	0,055	
	2	

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Характеристика
1	2
Вибропрочность в течение 30 минут вибрации: ускорение, g частота, Гц	4 30
8. Масса изделия (без монтажных деталей), кг	<u>0,480</u>

Перечень примененных драгоценных материалов

Расчет количества драгоценных материалов, содержащихся в деталях и сборочных единицах изделия, высылают предприятие-изготовитель по требованию.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Шифр	Кол.	Завод- ской номер	При- меча- ние
1	2	3	4	5
1. Указатель жидкого кислорода или азота	УЖК-6	1	1122189	
2. Гайка накидная	2СДУ5-68	2		
3. Ниппель	2СДУ5-67	2		
4. Колпачок	2М-80-47	2		
5. Винт	ВД-20-118	4		

Дополнительные сведения о комплекте поставки

4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ


Дата	Наименование операции	Срок действия	Подпись
1	2	3	4
14.12.82	Упаковывание	Согласно разделу 3	[Handwritten Signature]

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель жидкого кислорода или азота УЖК-6 № 1122189
 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.


Главный контролер _____
 подпись

М. п. «14» декабря 1982 г.



Руководитель предприятия _____
 подпись

М. п. «14» декабря 1982 г.



УЖК-6 СТУ
 Старший представитель заказчика
 Приемке представителем заказчика не подлежит

подпись _____

« _____ » _____ 19 _____ г.